



**"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



Września 29.11.2019r.

Znak sprawy: 0012Z/2019

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu werteroblastyki

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie :</p> <p>Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none">- igłę dostępową (końcówka grotowa) 10G- igły ścięte 11G oraz 13G umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu,- dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy- pistolet podający, posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką <p>Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, możliwy do podania tuż po przygotowaniu, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.</p> <p>KOMPLET: 1 zestaw z igłami 10,11 oraz 13 g, zbiornikami i pistoletem do podawania cementu, 1 cement z mikserem</p>	<p>Zamawiający dopuszcza</p>

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej

Marian Janiak