



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105047698

Września 05.01.2021r.

Znak sprawy: 0019/2020

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą

Lp	pytanie	Odpowiedź
1	<p>Dotyczy wymagania pod tabela dla pakietu nr 2 – załącznik nr 1: Miano odczynników powinno wynosić 256 (na dowód załączyć dokument potwierdzający)</p> <p>Zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie w której jednoznacznie określono minimalne miana dla odczynników tj. odczynniki monoklonalne anti-A i anti-B - test probówkowy -128 i test szkiełkowy – 32, dla odczynników monoklonalnych anti-D – test probówkowy – 64 i test szkiełkowy – 32.</p> <p>Zamawiający zbyt ogólnie opisał powyższy zapis, nie doprecyzowując, których pozycji dotyczy. Ponadto wskazać należy, iż miano dla oferowanych odczynników określone przez Zamawiającego jest zawyżone, gdyż zgodnie z publikacją IHiT pod redakcją Magdaleny Łętowskiej „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach publicznej służby krwi”, wydanie III, 2014r. (ze zm.) wskazuje się minimalne miano jakie powinny wykazywać odczynniki</p> <p>Zatem prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że wymagane miano dotyczy odczynników monoklonalnych A oraz B z pozycji 1-4.</p>	<p>Zamawiający odstępuje od zapisu</p>
2	<p>Dotyczy pozycji nr 6 pakiet 2: Czy zamawiający wymaga odczynnika monoklonalnego anti-D klasy IgM czy odczynnika monoklonalnego anti-D IgM +IgG (Blend)?</p>	<p>Zamawiający wymaga odczynnika anti-D IgM +IgG (Blend)</p>
3	<p>Dotyczy wymagania pod tabela dla pakietu nr 2 – załącznik nr 1: Wnosimy o odstępianie od wymagania: pojemniki do płyt do oznaczania grup krwi jednego producenta ze względu na wyniki kompatybilności z płytami bądź prosimy o wyjaśnienie z jakimi płytami mają być kompatybilne? (ilość celek/producent)</p>	<p>Zamawiający odstępuje od zapisu</p>
4	<p>Dotyczy pozycji 9 pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konserwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0,0,A1,B w zestawach 3x5 ml?</p>	<p>Tak</p>
5	<p>Czy Zamawiający w pozycji 9 pakiet nr 2 wymaga, aby krwinki wzorcowe do układu AB0 posiadały stężenie krwi (hematokryt) na poziomie 25% lub ponad 25% (Ht ≥25%)?</p>	<p>Ponad 25%</p>
6	<p>Dotyczy pozycji 10 pakiet nr 2: Czy Zamawiający potwierdza , że wymaga zestaw krwinek kontrolnych do codziennej kontroli w buteleczkach z kroplomierzem co ułatwia korzystanie z zestawu?</p>	<p>Tak</p>

Dyrektor
ds. Administracyjno-Inwestycyjnych
„Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o.

mgr Urszula Kosmecka