



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



0019Z/2020

Września dnia 19.01.2021r.

dot.: zapytania ofertowego na zakup i dostawę odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzierżawą wybrane zostały oferty:

Pakiet nr 1

DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4Ch-8180 Bulach, Szwajcaria
cena wybranej oferty 42 810,87 zł. brutto

Pakiet nr 2

Postępowanie zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pakiet nr 3

ALLMED AB Sp. z o.o.
ul. Pawła z Krosna 7, 30-389 Kraków
cena wybranej oferty 25 915,05 zł. brutto

Uzasadnienie wyboru ofert:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium (oceny ofert) określonego w zapytaniu ofertowym (cena 100%).

Jednocześnie informuję, że w pakiecie nr 2 wykonawca - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i odpowiedziom udzielonym na pytania tj.

- **stężenie (hematokryt) dla krwinek wzorcowych do układu AB0 ponad 25% (Ht>25%)**
Zgodnie z odpowiedzią nr 5 dla pakietu nr 2 pozycji 9 Zamawiający wymagał, aby krwinki wzorcowe do układu ABO posiadały stężenie krwi (hematokryt) na poziomie ponad 25% (HT>25%).

Oferta RCKiK Katowice jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, ponieważ zaoferowane krwinki w pakiecie nr 2 poz.9 o numerze katalogowym 576 nie posiadają wymaganego hematokrytu

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 35.875.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 4367 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

(Ht>25%) co wprost wynika z dokumentu: NORMY LICZBY ERYTROCYTÓW (RBC) W KRWINKACH WZORCOWYCH /STANDARYZOWANYCH KRWINKACH WSORCOWYCH produkowanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Katowicach. (dokument dołączamy do pisma).

Zakres normy Ht czyli stężenie hematokrytu dla krwinek zaoferowanych przez Wykonawcę RCKiK Katowice o numerze katalogowym 576 **wynosi Ht 8,05-11,09%**

- zestaw krwinek kontrolnych do codziennej kontroli w buteleczkach z kroplomierzem.

Zgodnie z odpowiedzią nr 6 dla pakietu nr 2 pozycji 10 Zamawiający wymagał zestawu krwinek kontrolnych do codziennej kontroli w buteleczkach z kroplomierzem.\

Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD o numerze katalogowym 931 nie posiada buteleczek z zakraplaczem/kroplomierzem jak wymagał Zamawiający. Zaoferowany przez RCKiK Katowice Zestaw próbek kontrolnych składa się z 2 próbek (bez kroplomierza) x 5 ml

W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie oferty RCKiK Katowice w zakresie pakietu 2 jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Dyrektor
dz. Administracyjno-Inspekcji
Urszula Kasmecka
mgr Urszula Kasmecka